

Vysoce stabilní

Speciální kapalný dezinfekční přípravek na bázi succindialdehydu pro dezinfekci nástrojů, endoskopů, ultrazvukových sond, anesteziologického příslušenství a dalších.

gigasept® FF (new)

Naše Plus

- Bez obsahu formaldehydu a glutaraldehydu
- Vynikající materiálová snášenlivost
- Stabilita pracovního roztoku až 14 dní
- Vhodný pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce
- Vhodný pro dezinfekci podávek

Oblast použití

Pro manuální dezinfekci chirurgických nástrojů a přístrojů, i z citlivých materiálů. Zvláště vhodný pro rigidní a flexibilní endoskopy, ultrazvukové sondy (např. sondy TEE), na anestetické příslušenství a dýchací masky. Také vhodný pro poloautomatické a automatické dezinfektory, které pracují za studených teplot (max. pokojová teplota). Vhodný i pro UZV myčky při použití za nízkých teplot.

Účinnost

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Papova SV40, Adeno, Polio, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Dezinfekce nástrojů: Nástroje vkládejte do připraveného pracovního roztoku. Po příslušné době expozice nástroje vyjměte a opláchněte. **Vyšší stupeň dezinfekce**: Dle doporučení výrobce nástroj rozeberte a vyčistěte. Očištěné a osušené nástroje vložte do pracovního roztoku tak, aby byly naplněny všechny duté části a nevznikaly v nich vzduchové bubliny. Po příslušné době expozice je nutné předměty vyjmout a opláchnout vodou, jejichž úroveň čistoty je stanovena příslušnou vyhláškou. Osušte a uskladněte dle schválených podmínek. Pracovní roztok je možné používat opakovaně po dobu max. 14 dní. Nekombinujte s přípravky na bázi aminu nebo KAS. **gigasept® FF new** je vhodný na nástroje z kovů, gumy, skla, porcelánu a plastů.

CE 0297

gigasept® FF (new)

Složení

100 g **gigasept® FF** new obsahuje následující aktivní látky:
• 11,9 g succinate acid dialdehyde (dialhedyd kyseliny jantarové)
• 3,2 g dimethoxytetrahydrofuran
Další složení:
<5% fosfonáty, <5% anionaktivní tenzidy, <5% neionogenní tenzidy, parfém, inhibitory koroze



Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	zelený
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,01 g/cm3 / 20 °C
pH	6,3 - 6,6 / 20 °C
Zápalná teplota	38,5 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Používejte ochranné rukavice (nitril nebo butyl). Nekombinujte s přípravky na bázi aminu nebo KAS. Skladujte při teplotách do 25 °C. Nepřekračujte doporučený čas expozice
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Gigasept FF new 2 l	5/Karton	125509
Gigasept FF new 5 l	1/Kanystr	125503

Související přípravky

- discleen® extra
- gigasept® instru AF
- gigazyme®
- gigazyme® X-tra

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIb

EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT REG.-NR. D-150-00003

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Air Liquide HEALTHCARE Člen skupiny Air Liquide-Group

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

910941-CZ-cs-02-00 2/2019
Tyto informace o produktu nejsou automaticky aktualizovány.